

治療成績はどっちが上? ○- どちらも同程度とされている

使用材料が違う ○-

エムドゲイン ○- エナメルマトリックスタンパク

GTR ○- 遮蔽膜

体に吸収されるタイプ ○-

コラーゲン膜 ○- アテロコラーゲン膜

合成高分子膜 ○- ポリ乳酸・グリコール酸共重合体

体に吸収されず、2次手術で取り出す必要があるタイプ ○-

ePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)

いま売っていない

ゴアテックス社

めっちゃ良い製品だったけど、材料代が高い
やればやるほど赤字

遮蔽膜の種類 ○-

過去問 ○-

(107)遮蔽膜の固定に用いる縫合は? ○- 懸垂縫合

(109)GTR膜の具備すべき条件はどれか? 2つ選べ。

- a 骨結合性→X
- b 細菌透過性→X
- c 細胞遮蔽性→○
- d 歯質接着性→X
- e 組織液透過性→○

(110)吸収性GTR膜はどれか。2つ選べ。

- a ポリエステル
- b ポリエチレン
- c アテロコラーゲン
- d 乳酸-グリコール酸共重合体
- e アクリル酸-イタコン酸共重合体

答えcd